

报告	关于安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司总磷在线检测仪 2020 年 3 月 23 日数据异常情况说明	编号	JQZXC-20200323
----	---	----	----------------

安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司：

2020 年 3 月 23 日 0:00 分总磷在线监测仪出现异常值 9.868mg/L,运维人员到达现场后立即对设备展开排查，发现现场总磷设备运行正常，参数正常。采样管内壁附着颗粒物造成总磷信号波动异常，导致该瞬时测量点异常。

运维人员现场对管路等部件进行了清洗，于 9:13 分采用 0.5mg/L 质控样进行校验，测得数据为 0.516mg/L，误差+3.2%满足测量使用要求。2020 年 3 月 23 日 20:00 分在线总磷瞬时数据恢复正常。

特此致歉意。

安徽首普水电子技术有限公司运营部

2020年3月24日

安徽首普水电子技术有限公司运营部

2020年3月24日